

校正結果

品名	JIS 1級 シルバー直尺		
呼び寸法	1000mm	標準温度	20°C
器物番号	B2623	材質	SUS420J2
表す長さ (mm)	校正値 (mm)		
	上段	下段	
0~ 1000	999.98 以下余白	999.98 以下余白	

校正の不確かさ：

拡張不確かさ(k=2) は1mまで0.012mm、1mを超え2mまで0.024mm、2mを超え3mまでは0.036mmである。
拡張不確かさは、包含係数k=2 から決定したもので、約95%の信頼の水準をもつと推定される区間を定める。

備考 (1) 熱膨張係数は、 $10.0 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ 。

(2) 表記の誤差、その他に疑問点のあった場合は、器物番号を以って御問合わせ下さい。

(3) 校正に使用した長さ標準器の番号は、1125。

校正年月日 2018 年 8 月 3 日

検印



ヤマヨ測定機株式会社



〒120-0015 東京都足立区足立2-23-13

お客様相談センター TEL:0120-496-514

営業部 TEL:03-3849-6511(代)